


교 정 결 과

<p style="text-align: center;">(주)다호트로닉</p> <p style="text-align: center;">서울특별시 구로구 경인로53길 90번지 STX W-Tower 208호 TEL : 02)865-7001 FAX : 02)865-7109</p>	<p>성적서번호 : DC16-0393-A1903</p> <p style="text-align: center;">페이지 (2) / (총 2)</p>	
--	---	---

기 기 명 : 게이지압용 압력계(다이얼)
 제작회사 및 형식 : YJN / 압력계 100Ø
 기 기 번 호 : 20338464

1. 교정결과

측정점 번호	기준기의 값	교정대상기기의 값			
	(1) 표준압력값	(2) 지시값의 평균값	(3) 보정값	(4) 보정값적용 측정불확도 (k=2)	(5) 보정값미적용 표준편차구간 (정확도)
	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa
1	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.400	0.41	-0.01	0.01	0.02
3	0.801	0.81	-0.01	0.01	0.02
4	1.201	1.21	-0.01	0.01	0.02
5	1.601	1.61	-0.01	0.01	0.02
6	2.001	2.02	-0.02	0.01	0.03

【비고】 각 측정점에서 본 압력계가 갖는 불확도는 보정값을 적용한 경우 약 95 % 확률로 위의 교정결과란의 (4)와 같고 지시값을 보정없이 사용할 경우 동일한 확률로 불확도는 (5)와 같다.

※ (3) = (1) - (2)

※ (5) = |(3)| + |(4)| 끝.

